

OHR-PSS80 系列污泥浓度记录仪的保持寄存器

序号	寄存器地址 (十进制)	寄存器地址 (十六进制)	参 数 名 称	数据格式	类型	备注
1	768	300	版本号	int	只读	V1.02
2	775	307	通道状态	bit	只读	0:第一路继电器状态 1:第二路继电器状态
3	777	309	污泥浓度测量值	float	只读	0.00~50000.00
4	783	30F	1 路输出值	int	只读	4.000~20.000
5	784	310	2 路输出值	int	只读	4.000~20.000
6	788	314	响应时间	int	读写	3~60
7	789	315	浊度因子	int	读写	0.10~9.99
8	793	319	通道一信号	long	读写	0: Turb
9	795	31B	通道一下限	long	读写	0.00~50000.00
10	797	31E	通道一上限	long	读写	0.00~50000.00
11	807	327	通道二信号	long	读写	0: Turb
12	809	329	通道二下限	long	读写	0.00~50000.00
13	811	32B	通道二上限	long	读写	0.00~50000.00
14	821	335	通道一信号	long	读写	0: Turb 下限 1: Turb 上限 6: 无报警
15	823	337	通道一报警	long	读写	0.00~50000.00
16	825	339	通道一回差	long	读写	0.00~50000.00
17	835	343	通道二信号	long	读写	0: Turb 下限 1: Turb 上限 6: 无报警
18	837	345	通道二报警	long	读写	0.00~50000.00
19	839	347	通道二回差	long	读写	0.00~50000.00
20	68-69	0x45	IP 协议地址	Char*4	读写	
21	70-71	0x47	默认网关	Char*4	读写	
22	72-73	0x49	默认网关	Char*4	读写	
23	74	0x4A	以太网端口	int	读写	
24	75	0x4B	通讯地址	int	读写	1~200
25	76	0x4C	通讯波特率	int	读写	0: 2400 1: 4800 2: 9600

						2263: 19200 4: 38400
26	77	0x4D	校验类型	int	读写	0: Odd(奇校验) 1: Even(偶校验) 2: None(无校验)
27	78	0x4E	电极类型	int	读写	2: PSS660 6: PSS630
28	79	0x4F	校准类型	int	读写	PSS630 0: 四点校准
						PSS660 0: 因子校准 1: 两点校准 2: 四点校准
29	80	0x50	显示语言	int	读写	0: 中文 1: 英文
30	81	0x51	液晶亮度	int	读写	20~255
31	82	0x52	清洗开时长	int	读写	0~999s
32	83	0x53	清洗关时长	int	读写	0~999s
33	84	0x54	清洗时间间隔	int	读写	0.0~999.9min
34	85	0x55	记录循环	int	读写	0: 循环 1: 不循环
35	86	0x56	记录间隔时间	int	读写	0: 5s 1: 10s 2: 30s 3: 60s 4: 120s
36	87	0x57	记录数据类型	int	读写	0: 实时值 1: 平均值 2: 最大值 3: 最小值
37	88	0x58	上电文件是否新建	int	读写	0: 新建 1: 续接
38	89	0x59	记录触发类型	int	读写	0: 手动触发 1: 上电触发 2: 报警触发 3: 定时触发
39	90	0x5A	手动触发使能	int	读写	0: 启用 1: 停用
40	91	0x5B	报警触发类型	int	读写	0: Turb 下限 1: Turb 上限